

40<sup>ая</sup> Международная  
химическая олимпиада

# Практический тур

15 июля 2008 г.  
Будапешт, Венгрия

## Общие указания

- Комплект состоит из 10 страниц заданий (8 страниц – задачи 1-2 и 2 страницы – задача 3) и 5 листов ответов (4 листа для задач 1-2 и 1 лист для задачи 3).
- Вам отводится 3 часа на Задачи 1 и 2. После этого вы должны выйти из лаборатории на перерыв, во время которого лаборанты сменят посуду и реактивы. После этого у вас будет 2 часа на выполнение Задачи 3.
- Начинайте работать только после команды СТАРТ. После команды СТОП на каждом из двух этапов вы должны немедленно закончить работу. В случае задержки более чем на 3 минуты ваша работа будет аннулирована.
- Придерживайтесь правил безопасности, принятых на МХО. В течение всей работы в лаборатории вы должны носить очки (выданные или свои). Набирать жидкости в пипетку можно только грушей. При работе с органическими жидкостями используйте перчатки.
- Если вы нарушите правила безопасности, вам сделают ТОЛЬКО ОДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При повторном нарушении ваша работа будет аннулирована и вы получите нулевую оценку за экспериментальный тур.
- По всем вопросам, касающимся правил безопасности, а также, если вам необходимо выйти из лаборатории, обращайтесь к лаборанту.
- Используйте только выданные вам ручку и калькулятор.
- В верхней части каждого листа ответов впишите латинскими буквами свою фамилию и код, обозначенный на вашем рабочем месте. Не пытайтесь разделить листы.
- Все ваши результаты и выкладки записывайте только в специально отведенные места на листах ответов. Записи в других местах оцениваться не будут. В качестве черновика используйте оборотную сторону листов ответов.
- Часть посуды вам придется использовать повторно. Тщательно помойте ее в ближайшей к вам раковине.
- Для утилизации отработанных реагентов (органических жидкостей в задаче 1 и всех жидкостей в задаче 3) используйте соответствующие склянки с надписью «waste container», расположенные под тягой.
- Число значащих цифр в численных ответах определяется обычными правилами оценки экспериментальной погрешности. Неверное число значащих цифр в ответах будет наказываться.
- Если вы разбили посуду или разлили реактивы, вы получите дополнительное количество реагентов или посуды, но за каждую выдачу, кроме первой, будет сниматься по 1 баллу из 40 за экспериментальный тур.
- После окончания выполнения каждого этапа, поместите соответствующие листы ответов в выданный вам конверт, но не заклеивайте его.
- В случае необходимости вы можете попросить английскую версию заданий.

# ОБОРУДОВАНИЕ

**для общего пользования в лаборатории:**

Нагревательный блок (термостат), поддерживающий температуру 70 °C, расположена под тягой

Дистиллированная вода ( $H_2O$ ) в больших пластиковых канистрах

Резиновые перчатки

Склянки для слива жидкостей «Waste container» для Задачи 1 (органические жидкости) и Задачи 3 (все жидкости) расположены под тягой

Контейнер для разбитого стекла и использованных капилляров

**На каждом рабочем месте:**

Очки

Фен для нагрева

Фломастер (маркер)

Карандаш и линейка

Секундомер (если вы не знаете, как им пользоваться, обратитесь к лаборанту). (Секундомер можно будет забрать с собой.)

Пинцет

Шпатель

Стеклянная палочка

Белая керамическая плитка

Бумажные салфетки

Промывалка с дистиллированной водой

9 пробирок Эппendorфа в подставке из поролона

Пластиинка для тонкослойной хроматографии (ТСХ) в подписанном закрытом пакете

Пластиковый шприц на 100 мл с полипропиленовым дисковым фильтром

Груша для набора жидкостей в пипетку

14 градуированных пластиковых пипеток Пастера

Чашка Петри, на которой вытравлен ваш код участника

Бюretка

Штатив с держателем

Пипетка на 10 мл

2 стакана на 400 мл

Стакан, накрытый часовым стеклом, с фильтровальной бумагой для ТСХ

10 капилляров

2 мерных цилиндра на 25 мл

3 конических колбы (Эрленмейера) на 200 мл

Стакан на 250 мл

2 стакана на 100 мл

Стеклянная воронка

Мерная колба на 100 мл

30 пробирок в штативе\*

Индикаторная бумага и шкала pH в закрытом пакете \*

Деревянный держатель (прищепка) для нагревания пробирок \*

2 резиновые пробки для пробирок\*

\* Выдается только для Задачи 3

# Реактивы

| Общие для 4-6 человек  | Код техники безопасности |                      |
|--|--------------------------|----------------------|
| 0,025 M раствор ферроина (подписан "ferroin<br>0.025 mol/dm <sup>3</sup> ")  | 52/53                    |                      |
| 0.2 % раствор дифениламина в концентрированной H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (подписан "C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> ) <sub>2</sub> NH") | 23/24/25-33-35-50/53     | 26-30-36/37-45-60-61 |
| 0.1 M раствор K <sub>3</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ]  | 32                       |                      |
| Кипелки (центры кипения) из пемзы (подписан "Pumice stone")  |                          |                      |


| На каждом месте   |                        |                      |
|---|------------------------|----------------------|
| Безводный ZnCl <sub>2</sub> (50 мг) в маленькой пробирке (в подставке из поролона, обозначен вашим кодом)   | 22-34-50/53            | 36/37/39-26-45-60-61 |
| Пентаацетат β-D-глюкопиранозы (100 мг, подписан "BPAG")   |                        |                      |
| 3,00 г безводной глюкозы, C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> , в пузырьке (CH <sub>3</sub> CO) <sub>2</sub> O в конической колбе (12 мл) | 10-20/22-34            | 26-36/37/39-45       |
| (CH <sub>3</sub> CO) <sub>2</sub> O в пузырьке (10 мл)  | 10-20/22-34            | 26-36/37/39-45       |
| CH <sub>3</sub> COOH в пузырьке (15 мл)   | 10-35                  | 23-26-45             |
| CH <sub>3</sub> OH в пузырьке (10 мл)   | 11-23/24/25-39         | 7-16-36/37-45        |
| 30 % HClO <sub>4</sub> в CH <sub>3</sub> COOH в пузырьке (1 мл)   | 10-35                  | 26-36/37/39-45       |
| 1:1 смесь изобутилацетата и изоамилацетата в пузырьке (20 мл), подписан "ELUENT"  | 11-66                  | 16-23-25-33          |
| Твердый K <sub>4</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ]-3H <sub>2</sub> O с вашим кодом, в маленькой конической колбе   | 32                     | 22-24/25             |
| Раствор ZnSO <sub>4</sub> с вашим кодом, с точной концентрацией (200 мл)  | 52/53                  | 61                   |
| 0,05136 M раствор Ce <sup>4+</sup> (80 мл)  | 36/38                  | 26-36                |
| 1,0 M Раствор H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> (200 мл)   | 35                     | 26-30-45             |
| Анализируемые растворы для Задачи 3 (будут выданы в начале выполнения Задачи 3)   | 1-26/27/28-32-35-50/53 | 24/25-36/39-61       |

## Коды техники безопасности

| <b>Indication of Particular Risks</b>    |  |          |  |
|--|--|----------|--|
| 1  | Explosive when dry   | 33       | Danger of cumulative effects   |
| 10                                       | Flammable  | 34       | Causes burns   |
| 11                                       | Highly Flammable   | 35       | Causes severe burns  |
| 22                                       | Harmful if swallowed   | 39       | Danger of very serious irreversible effects  |
| 32                                       | Contact with concentrated acids liberates very toxic gas                                     |          |  |
| <b>Combination of Particular Risks</b>   |  |          |  |
| 20/22                                    | Harmful by inhalation and if swallowed   | 36/38    | Irritating to eyes and skin  |
| 23/24/25                                 | Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed                                   | 50/53    | Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment        |
| 26/27/28                                 | Very Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed                              | 52/53    | Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment           |
| <b>Indication of Safety Precautions</b>  |  |          |  |
| 7  | Keep container tightly closed  | 30       | Never add water to this product  |
| 16                                       | Keep away from sources of ignition - No smoking  | 33       | Take precautionary measures against static discharges  |
| 22                                       | Do not breathe dust  | 36       | Wear suitable protective clothing  |
| 23                                       | Do not breathe fumes/vapour  | 45       | In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show label where possible) |
| 25                                       | Avoid contact with eyes  | 60       | This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste                              |
| 26                                       | In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice | 61       | Avoid release to the environment.  |
| <b>Combination of Safety Precautions</b> |  |          |  |
| 24/25                                    | Avoid contact with skin and eyes   | 36/37/39 | Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection                                      |
| 36/37                                    | Wear suitable protective clothing and gloves   |          |  |

# Задание 1

## Синтез пентаацетата $\alpha$ -D-глюкопираны




**Внимание:** При работе с уксусной кислотой и уксусным ангидридом используйте перчатки. При возникновении проблем обращайтесь к лаборанту.

Добавьте 12 мл уксусной кислоты к 12 мл уксусного ангидрида (находится в конической колбе), перемешайте смесь и внесите в колбу 3.00 г глюкозы (уксусный ангидрид взят в избытке). С помощью пипетки Пастера добавьте 5 капель 30% раствора  $\text{HClO}_4$  в уксусной кислоте. После прибавления катализатора раствор может значительно разогреться.

Накройте смесь часовым стеклом и оставьте на 10 минут, время от времени перемешивая ее круговыми движениями. Вылейте реакционную смесь в стакан, содержащий 100 мл воды. Потрите стенку стакана стеклянной палочкой, чтобы началась кристаллизация, после чего оставьте смесь на 10 минут. Отфильтруйте и промойте продукт двумя порциями воды по 10 мл, используя шприц с пористым полипропиленовым фильтром.

### Фильтрование с помощью пластикового шприца




- Выньте поршень. Налейте в шприц сверху первую порцию фильтруемой суспензии, не выше уровня бокового отверстия. Поместите поршень обратно верхнюю часть шприца.
- Закройте боковое отверстие пальцем и опустите поршень до уровня не ниже отверстия.
- Уберите палец с бокового отверстия и медленно поднимите поршень.
- Выдавите жидкость из шприца, повторив стадии 2-3 несколько раз, добавляя оставшуюся суспензию.
- Повторяйте стадии 1-4 до тех пор, пока весь осадок не окажется на фильтре.
- Вдавите поршень до упора и удалите остатки жидкости.
- Повторяя стадии 1-4, промойте осадок два раза порциями воды по 10 мл.
- Вдавите поршень до упора для удаления остатков воды.
- Извлеките фильтр с продуктом из шприца. Для этого выньте медленно поршень закрывая боковое отверстие пальцем. (При необходимости подталкивайте фильтр шпателем снизу).

- a) Перенесите весь продукт в открытую чашку Петри с вашим кодом. Оставьте чашку Петри на столе. Организаторы высушат продукт, взвесят его и проверят его чистоту.
- b) Рассчитайте теоретический выход (массу) продукта реакции в граммах. ( $M(C) = 12 \text{ г/моль}$ ,  $M(O) = 16 \text{ г/моль}$ ,  $M(H) = 1.0 \text{ г/моль}$ ).

### Синтез пентаацетата $\alpha$ -D-глюкопиранозы из пентаацетата $\beta$ -D-глюкопиранозы

Пентаацетат  $\alpha$ -D-глюкопиранозы может быть также получен из пентаацетата  $\beta$ -D-глюкопиранозы. Вы изучите ход этой реакции при помощи тонкослойной хроматографии.



В пробирку, содержащую 50 мг безводного  $ZnCl_2$  (предварительно взвешен, находится в пробирке), внесите 1,5 мл уксусного ангидрида. Туда же добавьте 100 мг пентаацетата  $\beta$ -D-глюкопиранозы (находится в пузырьке, подписанном "BPAG") и перемешивайте круговыми движениями до полного растворения. Перенесите три капли смеси в пробирку Эппendorфа, добавьте в нее 0.5 мл метанола и сохраните ее для дальнейших опытов.

Поместите пробирку с реакционной смесью в термостат ( $70^\circ\text{C}$ ), расположенный под ближайшей к вам тягой. Время от времени перемешивайте содержимое пробирки. Через 2, 5, 10 и 30 минут отбирайте по три капли реакционной смеси при помощи новых пипеток Пастера и немедленно переносите каждый образец в новую пробирку Эппendorфа, содержащую 0.5 мл метанола (метанол останавливает реакцию).

Аккуратно нанесите на пластинку для ТСХ отобранные образцы и стандартные растворы, необходимые для идентификации пятен, пометив кружочком и номером каждую точку закола карандашом и элюируйте пластинку в смеси изобутилацетат/изоамилацетат (1:1). По окончании элюирования нагрейте пластинку при помощи фена (работайте под тягой!) для проявления пятен (окраска пятен стабильная). Если вам не нравятся результаты хроматографии, вы можете получить еще одну пластинку без штрафных баллов (обратитесь к лаборанту).

- c) Зарисуйте вашу пластинку ТСХ в лист ответов, дав расшифровку соответствующих номеров веществ и поместите ее в пластиковый пакет.
- d) Ответьте на вопросы в листе ответов, основываясь на результатах вашего эксперимента.

## Задание 2

**ВАЖНО:** Пипетка, которую Вы будете использовать для выполнения экспериментального задания, имеет две кольцевые метки. Для точного отмеривания аликовты 10,00 мл выливайте раствор только до нижней метки!!!

Нерастворимый осадок образуется сразу же при добавлении гексацианоферрата(II) калия  $K_4[Fe(CN)_6]$  к раствору, содержащему ионы цинка. Вы должны определить стехиометрический состав осадка. При этом учитывайте, что он не содержит кристаллизационной воды.

Реакция осаждения протекает количественно и достаточно быстро, поэтому она может использоваться для титрования. Для определения точки эквивалентности можно использовать редокс индикатор, но предварительно необходимо определить точную концентрацию раствора гексацианоферрата(II) калия.

### Приготовление раствора $K_4[Fe(CN)_6]$ и определение его точной концентрации

В колбу Эрленмейера с навеской  $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$  ( $M = 422.41$  г/моль) добавьте немного воды, растворите вещество и количественно перенесите полученный раствор в мерную колбу (на 100.00 мл), доведите раствор до метки водой и тщательно перемешайте. Аликовту полученного раствора гексацианоферрата(II) объемом 10.00 мл перенесите в большую коническую колбу, добавьте 20 мл 1 М раствора серной кислоты и две капли раствора индикатора ферроина. Оттитруйте полученный раствор 0.05136 М раствором  $Ce^{4+}$ . Повторите титрование нужное число раз. Церий(IV) является сильным окислителем и в кислой среде восстанавливается до церия(III).

- Запишите в лист ответов объемы растворов  $Ce^{4+}$ , потраченных на титрование.
- Приведите уравнение реакции титрования. Рассчитайте массу вашего образца  $K_4[Fe(CN)_6] \cdot 3H_2O$ .

### Взаимодействие ионов цинка с гексацианоферратом(II) калия

В колбу для титрования перенесите аликовту 10.00 мл раствора гексацианоферрата(II) калия, добавьте 20 мл 1 М раствора серной кислоты, три капли раствора индикатора (дифениламина) и две капли раствора  $K_3[Fe(CN)_6]$  (индикатор работает только в присутствии  $[Fe(CN)_6]^{3-}$ ). Медленно оттитруйте полученный раствор раствором  $Zn^{2+}$  до появления голубовато-фиолетового окрашивания. Повторите титрование нужное число раз.

- Запишите в лист ответов объемы растворов  $Zn^{2+}$ , потраченных на титрование.
- Объясните полученные Вами результаты титрования, ответив на вопросы в листе ответов.
- Приведите формулу осадка, определенную Вами.

Внимание: максимальная оценка не обязательно выставляется, если результаты Ваших измерений точно воспроизводят теоретически ожидаемые значения.

## Задание 3

**Внимание:** Со всеми растворами работайте осторожно, поскольку они могут быть токсичными или едкими. Отходы выливайте только в специальные емкости для отходов, находящиеся под тягой.

Тепловая пушка (фен) нагревает выходящий воздух до 500 °С. Не направляйте поток горячего воздуха на горючие материалы или на тело. Не дотрагивайтесь до нагретого сопла фена.

Перед нагреванием всегда помещайте кипелку (центр кипения) в пробирку с жидкостью для предотвращения выброса раствора. Никогда не направляйте отверстие нагретой пробирки в сторону человека.

Вам выданы восемь неизвестных водных растворов. Каждый раствор содержит только одно вещество. Один и тот же ион может встречаться в нескольких растворах. Каждое вещество состоит только из одного катиона и одного аниона из приведенного ниже списка:

**Катионы:**  $\text{H}^+$ ,  $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{Li}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Cr}^{3+}$ ,  $\text{Mn}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Co}^{2+}$ ,  $\text{Ni}^{2+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ ,  $\text{Sr}^{2+}$ ,  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{Sn}^{2+}$ ,  $\text{Sn}^{4+}$ ,  $\text{Sb}^{3+}$ ,  $\text{Ba}^{2+}$ ,  $\text{Pb}^{2+}$ ,  $\text{Bi}^{3+}$

**Анионы:**  $\text{OH}^-$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{HCO}_3^-$ ,  $\text{CH}_3\text{COO}^-$ ,  $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ,  $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{F}^-$ ,  $\text{PO}_4^{3-}$ ,  $\text{HPO}_4^{2-}$ ,  $\text{H}_2\text{PO}_4^-$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$ ,  $\text{HSO}_4^-$ ,  $\text{S}^{2-}$ ,  $\text{HS}^-$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{ClO}_4^-$ ,  $\text{MnO}_4^-$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{I}^-$

Вы можете использовать пробирки, нагревание феном, дистиллированную воду, индикаторную бумагу. Никакие другие реагенты использовать нельзя.

**Определите вещества в растворах 1-8.**

Информация о некоторых веществах есть в таблице растворимости на следующей странице. Если вы не сможете идентифицировать катион или анион точно, предложите наиболее узкий набор возможных ионов, присутствующих в данной пробирке.

**Примечания:**

Неизвестный раствор может содержать незначительное количество примесей, образующихся вследствие контакта раствора с воздухом. Массовая доля растворенного вещества в каждом из растворов равна примерно 5 %, поэтому вы сможете увидеть осадки в тех случаях, когда они теоретически могут образоваться. Некоторые осадки образуются не сразу, поскольку некоторые вещества могут оставаться какое-то время в пересыщенном растворе. Не спешите делать выводы об отсутствии осадка, если он не образуется мгновенно при слиянии растворов; в некоторых случаях следует подождать 1-2 минуты. Всегда внимательно используйте все возможные аналитические сигналы протекающей реакции.

Помните, что нагревание ускоряет все реакции, увеличивает растворимость большинства веществ и может вызывать реакции, которые не протекают при комнатной температуре.

## Таблица растворимости при 25 °C

**Пустая клетка:** растворимое вещество; ↓: нерастворимое вещество; R: окислительно-восстановительная реакция при комнатной температуре.

**HR:** при комнатной температуре растворимо, в горячем растворе протекает реакция с видимым эффектом (не обязательно выпадение осадка).

Приведенные числа – это значения растворимости в граммах вещества на 100 г воды. В таблице приведены растворимости (вещества) / 100 г воды) малорастворимых веществ только для интервала от 0,1 до 4. Цвета указаны только для тех осадков, окраска которых не совпадает с окрасками соответствующих гидратированных ионов: (B) = черный, (P) = пурпурный, (W) = белый, ((Y)) = бледно-желтый, (Y) = желтый.

Фамилия: \_\_\_\_\_

Код: MDA \_\_\_\_\_

## Задание 1

**10 баллов**

| №    | 1а | 1б | 1с | 1д | Задание 1 |
|------|----|----|----|----|-----------|
| Очки | 30 | 2  | 12 | 4  | 48        |
|      |    |    |    |    |           |

- a) Выход продукта в граммах. Заполняют организаторы:

- b) Рассчитайте теоретический выход продукта в граммах:

Расчеты:

Теоретический выход:

c) Зарисуйте проявленную пластинку для ТСХ с расшифровкой веществ:

**Фамилия:** \_\_\_\_\_

**Код: MDA** \_\_\_\_\_

d) Отметьте правильный ответ.

Реакция ацетилирования глюкозы экзотермическая.

- a) Да
- b) Нет
- c) Невозможно ответить на основании проведенного эксперимента.

Реакция изомеризации пентаацетата  $\beta$ -D-глюкопиранозы может быть использована для получения чистого пентаацетата  $\alpha$ -D-глюкопиранозы.

- a) Да
- b) Нет
- c) Невозможно ответить на основании проведенного эксперимента.

Фамилия: \_\_\_\_\_

Код: MDA \_\_\_\_\_

## Задание 2

15 баллов

| №    | 2а | 2б | 2с | 2д | 2е | Задание 2 |
|------|----|----|----|----|----|-----------|
| Очки | 25 | 4  | 25 | 6  | 5  | 65        |

- a) Объемы растворов  $\text{Ce}^{4+}$ , потраченных на титрование:

Принятое Вами значение объема раствора  $\text{Ce}^{4+}$  ( $V_1$ ): \_\_\_\_\_ мл

- b) Уравнение редокс-реакции, проходящей при титровании:

Расчет массы выданной Вам навески  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  по результатам титрования:

Расчет:

Масса выданной навески  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6] \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  ( $m$ ): \_\_\_\_\_ г

- c) Объемы растворов  $\text{Zn}^{2+}$ , потраченных на титрование:

Принятое Вами значение объема раствора  $\text{Zn}^{2+}$  ( $V_2$ ): \_\_\_\_\_ мл

- d) Отметьте правильные ответы.

Дифениламин изменяет свою окраску в точке эквивалентности потому, что:

- a) концентрация ионов  $\text{Zn}^{2+}$  увеличивается.
- b) концентрация ионов  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$  уменьшается.
- c) концентрация ионов  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$  увеличивается.
- d) индикатор высвобождается из комплекса.

**Фамилия:** \_\_\_\_\_

**Код: MDA** \_\_\_\_\_

В какой форме присутствует в растворе индикатор до достижения точки эквивалентности?

- а) Окисленной
- б) Восстановленной
- в) Координированный в виде металлокомплекса.

В начале титрования редокс-потенциал системы гексацианоферрат(II)–гексацианоферрат(III) меньше, чем редокс-потенциал индикатора дифениламина.

- а) Да
- б) Нет

е) Определите формулу осадка. Приведите результаты своих расчетов.

Расчеты:

Формула осадка, установленная Вами: \_\_\_\_\_

Замененные реактивы или посуда:

Подпись участника: \_\_\_\_\_

Подпись лаборанта: \_\_\_\_\_

Фамилия: \_\_\_\_\_

Код: MDA \_\_\_\_\_

## Задание 3

15 баллов

|      |           |
|------|-----------|
| №    | Задание 3 |
| Очки | 108       |

Выполните весь эксперимент. На основании наблюдений сделайте выводы о содержимом каждой из пробирок. Только после этого заполните таблицу.

Если вы не сможете идентифицировать катион или анион точно, предложите наиболее узкий набор возможных ионов, присутствующих в данной пробирке.

|        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Катион |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Анион  |   |   |   |   |   |   |   |   |